

～卓上型超遠心機 Optima Max TL～

2024.1.25

TLA-110で使用する1.5mlチューブについて

スクリューキャップチューブ
1.5ml用のアダプタのみ準備して
います。

⑨1.5mlスナップキャップチューブは
絶対に使用しないでください。
(アダプタの形状が異なります!)



B22799
1.5mL PP スクリューキャップ チューブ



357448
1.5mL PA スナップ キャップ チューブ

使用不可