

LAS 4000mini 設定 (化学発光検出専用)

■化学発光試薬対応表

Light(光源)	Fliter	Iris
none	Through	0.85

■デジタイズ

Method	Light(光源)	Fliter	Iris	備考
Digitize : EPI	White(EPI)	Through	2.8	メンブレン

注意: EtBrの検出は禁止しています

蛍光サンプルの検出には LAS4010 をご使用ください